



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 70
 Código: SAE-MAN-PR-001
 Versión: 1 Fecha Actualización: 11/02/19
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16.06.2023 Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden: _____

Código Equipo: **NA 2662B** Fecha Inicio: **188377** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
SUMIS DE ENSEÑIDO					

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS			RUELDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	SAKIT	BARRA	BARRA	BARRA			
					(SI-NO)	(SI-NO)	"Flujo a 0"									
	1659666	9.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mal					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	SUMIS DE ENSEÑIDO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L3-E3))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS			RUELDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	SAKIT	BARRA	BARRA	BARRA			
					(SI-NO)	(SI-NO)	"Flujo a 0"									
	16603	6.3	9.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
FIRMA MANTENIMIENTO: _____																