



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD/MA/18-003
Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Revisión	20.06.23	Revisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AGUDELO	No. Orden	
Código Equipo	NA 16163	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALTA DE BARRIO PLACA TUBO					

En Mantenimiento	BAROMETRO	PRESION	DENSIDAD	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					DESCONEXION			"FUGA A B"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS				RUEDAS
					30-35	35-40	40-45					30-35	35-40	40-45		
					SI	SI	ES		SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	X	Mala		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas				Buena	X	Mala	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI			Con Sobrecalentamiento		NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICADO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	ES
2	Fuga Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L3-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Achicador de vehículo de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	BAROMETRO	PRESION	DENSIDAD	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					DESCONEXION			"FUGA A B"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS				RUEDAS
					30-35	35-40	40-45					30-35	35-40	40-45		
					SI	SI	ES		SI	SI	SI	SI	SI	SI		
													FIRMA MANTENIMIENTO			