



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAC-MAN-FR-008
Versión	Fecha Actualización: 17/02/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 27-06-2023 Remisión #: 189323 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumen No. Orden: _____

Código Equipo: MY 29413 Fecha Inicio: 27-06-23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 27-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	Acople rosca a tubo húmedo			1	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGOS DE FALLAS			OBSERVACIONES				
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	CC	CC	CC		BANDAS	RENDIR		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		(SI/NO)	(SI/NO)		
	14367	6.4	91.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Operar alarma			SI	NO	SI	Causa				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO			7. CONTROL DE TEMPERATURAS			Bueno	SI	8. Actividad de mantenimiento		NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Se verifica estado de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica presencia de fugas de agua	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo a fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - L3)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma (L4) y sonido (L5) (L6) (L7) (L8)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea electrónica	SI
5	Activación de válvula de agua	Operación independiente del sistema de alarma	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGOS DE FALLAS			OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	CC	CC	CC		BANDAS	RENDIR
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		(SI/NO)	(SI/NO)
	14368	6	92.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FORMA VÁLIDA DE PRUEBAS													

[Handwritten signature]