

Fecha Remisión: 29-06-23 Remisión #: 189546 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: SNO137253 Fecha Inicio: 29-06-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 29-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO
					SI	NO
Acepte rosca a tubo humidificador 1					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			Fuga	FALTA DE	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			BUCIAS	
					SI	NO	SI					SI	NO	SI		
	119626.0	88.7	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	mto			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o hasta	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMICES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre hidrometro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - RI)	SI
2	Fuga Interno	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y SL-LD-RI)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alido	Cobrir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Desconexión			Fuga	FALTA DE	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			BUCIAS		
					SI	NO	SI					SI	NO	SI			NO
	119646.1	99.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	
															FIRMA MANTENIMIENTO		[Firma]