



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SACAPIN-PR-005
Versión 2
Fecha Actualización: 27/02/2014
Página 1 de 2

Fecha Retiro: **213/23** Revisión: **180347** Autor: **Santiago Moreno**

Código Equipo: **NN-616B** Fecha inicio: **213/23** Hora inicio: **LABOR** Fecha Fin: **213/23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA / DAÑO IDENTIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPLAZO CAMBIADO	SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PASANTE						

No. de Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	CARGANDO	FLUJO METRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAR	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PIA	"Flujo a T"				BASE	BASE		
93786693	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MJO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó alarma		No		SI		SI		SI		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		X		SI		SI		SI		
3. ESTADOS DE BARRERAS		Buenas		X		Mala		SI		SI		SI		
4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		X		Malo		SI		SI		SI		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		SI		NO		X		SI		SI		SI		Compressor
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		SI		Mala		SI		SI		SI		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Comprobador electrónico	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro Interno	1			
	Anillos				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Puls + 3 (Carga Suplementaria)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-L3)	SI
2	Puls Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y L1-L2-L3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Afectación de válvula de piloto	Chequear manganeso de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

No. de Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	CARGANDO	FLUJO METRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAR	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PIA	"Flujo a T"				BASE	BASE		
9381659445	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Santel