ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-000
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	3/3/23	Remisión #	160410	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Dm2009 15126	Fecha Inicio	3/3/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	3/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA, REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	C. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLE DE ACCIONES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-min)	Pila (5l-min)	"Flujo a 0" (LL-LS)	RIELLAS (5l-min)	FILTROS (5l-min)	BASE (5l-min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 5G)	MANGUERA (5l - 5G)	RUEDAS (5l-min)	OBSERVACIONES
	3290	5.8	94.5	Si					49	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CIELADO	Tiempo de la prueba			Genera Alarma	No		Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Alarma No funciona										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LS-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-min)	Pila (5l-min)	"Flujo a 0" (LL-LS)	RIELLAS (5l-min)	FILTROS (5l-min)	BASE (5l-min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 5G)	MANGUERA (5l - 5G)	RUEDAS (5l-min)	OBSERVACIONES
	3894	5.8	94	Si						Si	Si	Si	Si	Pendiente

FIRMA MANTENIMIENTO