



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-MAN-PR-008
Versión 1	Fecha actualización: 15/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Recepción: 413123 Servicio #: 180507 Asesor Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: NN-4916B Fecha Inicio: 413123 Hora Inicio: Fecha Fin: 413123

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO Fecha Inicio Aislamiento: Fecha Fin Aislamiento:

FALLA	BARR	SCALE	DARG	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESION	CÓDIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLENAR	RELLENO	GASES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Flujo		"Flujo a F"					SI	SI	SI			SI	SI	SI
					SI	NO	SI	NO	SI	NO											
281326.6	94.9	51			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MT				

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Genero Alarma: No Si Cual?

2. RUGO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Mala 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala 5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 51 Con Subconectores:

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Plus 5.5 V	Verifico estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifico conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifico sonido al ser agitado o talle	OK
6	Otra		
7	Otra		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
9	90016 Plasticos	1			
	Cable poder	1			
	Filtro interno	1			

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Plus + 5 (Cable fabricado)	Se verifico conexión de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Marea	Se verifico conexión de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión física de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de alarma de error	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otra		
7	Otra		
8	Otra		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESION	CÓDIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE AL-AL-						RELLENAR	RELLENO	GASES	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDEAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Flujo		"Flujo a F"					SI	SI	SI			SI	SI	SI
					SI	NO	SI	NO	SI	NO											
281406.3	94.7	51			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADA				

PRIMA MANTENIMIENTO: