



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAC-SM-PR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/12/2018  
Página: 1 de 3

Fecha Recepción: 6/3/23 Número # 1806/3 Auxiliar Mantenimiento: Santiago Heron No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipos: NN-A70B Fecha Inicio: 6/3/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 6/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALTA	SABO	DIARI SABO	SEÑALACION	CANTIDAD	SI REPORTA	REPOSTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLE ADICIONALIS ESTADO POR EQUIPO

No. Mantenimiento	HORIZONTE	PRECISION	CORRECCION	FILTRADO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALAS	FALTA	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Señalización	PIA	"Fuga a P"				00-00	00-00	00-00		
22306	6	92.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTU

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Señal de Alarma: No  Si  Clat?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si  No  3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena  Mala  4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena  Mala

5. CARGOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena  Mala  7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  Mala  Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguja o fuerte	agudo
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	SEÑALACION	CANT	ESQUEMA	DESCRIPCION	CANT
	Filtro Interno	1			
	Accople plastico	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cerrar Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fuga Normal	Se verifica activación de alarma (L1) y alarma (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sistema de Fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de alarma de alta	Desator manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

No. Mantenimiento	HORIZONTE	PRECISION	CORRECCION	FILTRADO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALAS	FALTA	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Señalización	PIA	"Fuga a P"				00-00	00-00	00-00		
2231164	92	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AProbado Su [Signature]

PRIMA MANTENIMIENTO