OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: SAO-MAN-FR-008 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018 Página 1 de 2

Fecha Remisión	6/3/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-15CGB	Fecha Inicio	6/3/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	7/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

REGISTRO REPORTADO POR OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Nº REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

DATOS DE ENTRADA (T1)

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	VISCOSIDAD (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Gl-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Fuga a 3" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BAÑO (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BAÑO (Si-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
17092	63938	Si			Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MHO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo						

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: BOX. Mantenimiento compressor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Accple Platico	1		Kit mangueras termicas	2
	Anillo	2			
	Mangas	2			

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LA - LB - EB)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LA-LA-EB)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sonda de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	VISCOSIDAD (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Gl-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Fuga a 3" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BAÑO (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BAÑO (Si-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
17~~95~~	64941	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [illegible]