# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAO.MAN.FR-009 |
| Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| Página 1 de 2 | |

Fecha Remisión: 8/3/23 | Remisión #: 180798 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Marino | No. Orden:

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

Código Equipo: NN-18176B | Fecha Inicio: 8/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 8/3/23

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ENTREGA EQUIPO POSTERIOR DE SERVICIO**

| FALLA | SANO | CLASE SANO | DESCRIPCION | CANTIDAD | O. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

**DATOS DE MONITOREO - PRUEBAS**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXÍGENO (90% - 95%) | FLUJÓMETRO (5 l/min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hz) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Hz) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LO-ES) | REJILLAS (20 Hz) | FILTROS (20 Hz) | BASE (20 Hz) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 140) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - 140) | RUEDAS (20 Hz) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11169 | 6.3 | 93.6 | 5 | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | MTO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | BUENAS | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | | Con Sobrecalentamiento | | | |

**PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO**

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Agudo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

**Descripcion del diagnostico identificado**

**REPUESTOS UTILIZADOS**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acople Flow Trie | 1 | | Pila | 1 |
| | Switch | 1 | | | |
| | Filter (a total) | 1 | | | |

**PRUEBAS DE SIMULACIÓN**

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES) | OK |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

**DATOS DE MONITOREO - RESULTADOS**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXÍGENO (90% - 95%) | FLUJÓMETRO (5l/min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hz) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Hz) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LO-ES) | REJILLAS (20 Hz) | FILTROS (20 Hz) | BASE (20 Hz) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 140) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - 140) | RUEDAS (20 Hz) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11173 | 6.5 | 93 | 5 | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO