OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Pagina 1 de 2

Fecha Remisión: 9/3/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1445 | Fecha Inicio: 9/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 9/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

PLACA	BARRA	CLASE BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	#S. IMPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACTURA

PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Hz)	Pila (5l-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Hz)	FILTROS (5l - Hz)	BASE (5l - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MO)	BARRA (5l - MO)	RUEDAS (5l-Hz)	OBSERVACIONES
	17561	6.6	94.6	5l	Si	Si	Es	S.	Si	S.	S.	S.	S.	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS VISUALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo < 5 (Cierre fluxómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecte línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS FINALES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Hz)	Pila (5l-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Hz)	FILTROS (5l - Hz)	BASE (5l - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MO)	BARRA (5l - MO)	RUEDAS (5l-Hz)	OBSERVACIONES
	17564	94.4	5l											Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: