

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO				
Fecha Reporte: 9/13/23		Número: 180903		AUXILIO: Santiago Moreno		Código: SAC-MAN-FR-009				
Fecha Inicio: 9/13/23		Fecha Fin: 9/13/23		Versión: 3		Fecha Actualización: 11/10/2018				
Código Equipo: NV-8SE		Módulo: Labor		Página: 1 de 2		No. Orden:				
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	TARRO	COMBUSTIBLE	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	SE REPORTA	REPUERTO CAMBIADO		
							SI	NO	SI	
							SI	NO	SI	
							SI	NO	SI	
							SI	NO	SI	
							SI	NO	SI	
							SI	NO	SI	
							SI	NO	SI	
DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE										
Código de Barras										
OBSERVACIONES										
MTO										
1. CICLADO										
2. RUIDO EXTRAÑO										
3. ESTADO DE MANGUERAS										
4. SISTEMA DE REFRIGERACION										
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES										
7. CONTROL DE TEMPERATURA										
8. CON SOBRECARGAMENTO										
No.	Prueba / Simulación		Descripción						Resultado	
1	Estado Pila S.E. V		Verificar voltaje de la pila						SV	
2	Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo						OK	
3	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						OK	
4	Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo						OK	
5	Prueba de alarma		Se verifica sonido el su agudo o fuerte						OK	
6	Otra:									
7	Otra:									
Descripción del diagnóstico Identificado										
CODIGO	DESCRIPCION			CAVI	CODIGO	DESCRIPCION			CAVI	
	Switch									
No.	Prueba / Simulación		Descripción						Resultado	
1	Fuga + 1 (Carga Regulada)		Se verifica activador de alarma (L1 - L2 - E2)						E5	
2	Fuga Manera		Se verifica activador de alarma (L1) y sensor LED Rojo y LED amarillo (L1-L2)						OK	
3	Desconexión eléctrica		Activador alarma sonora						OK	
4	Desconexión sensor de fuga		Desconecta línea eléctrica						OK	
5	Activación de válvula de arranque		Destornillar manguera de salida de aire de compresor						OK	
6	Otra:									
7	Otra:									
8	Otra:									
OBSERVACIONES										
Aprobado										
Firma Mantenimiento: [Signature]										