OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MANTR-008
Versión: 3
Fecha Actualización: 17/10/2014
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10/3/23 | Remisión #: 18103 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-3514B | Fecha Inicio: 10/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 10/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [x] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]

DETALLES FUNCIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (89% - 94%)	FLUJÓMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
ISE	16.5	94	5i		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No. [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bue [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK, Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 2 (Cierre fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - EE)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (89% - 94%)	FLUJÓMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
ISE	16346	94	6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: