



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: 040-000-PR-000
Versión: 2 Fecha Actualizado: 15/02/18
Página: 1 de 2

Fecha Realizado: 13/3/23, Hora Inicio: 18:05, Auxiliar: Santiago Moreno, No. Orden:

Calles Equipos: NN-3776, Fecha Inic: 13/3/23, Hora Inicio Labor: , Fecha Fin: 13/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: , FECHA FIN AISLAMIENTO: ,

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI/NO).

DETALLES ADMINISTRATIVOS DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HUBOMETRO, PRESION, OXIGENO, FULGURIMETRO. PRUEBAS DE ALARMA: Descripción, Pila, Flaja, etc. OBSERVACIONES: M + 0. Includes sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. DAÑOS IDENTIFICADOS, 4. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 5. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila S.S.V., Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma, etc. Results: SU, OK, OK, OK, Agudo.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: Pila, 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Pila = 0 (Clase Fugamento), Flujó Normal, Descarga eléctrica, Descarga segura de flujo, Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: HUBOMETRO, PRESION, OXIGENO, FULGURIMETRO. PRUEBAS DE ALARMA: Descripción, Pila, Flaja, etc. OBSERVACIONES: Aprobado. Includes a signature: Sulel.