ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: 13/3/23 | Remisión #: 10115°9 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-2330B | Fecha Inicio: 13/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 13/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL RECIBE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DESCRIPCION DEL REPORTADO OPERADOR DEL EQUIPO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

Tn Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (82% - 95%)	FLUJOMETRO (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 2" (LED-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (Si - No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	6617	6.5	94.3	Si	Si	Si	25	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: No [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Aire [X] Main [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnostico identificado:

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pila	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 3 (Cierre Fujimero)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

Tn Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (82% - 95%)	FLUJOMETRO (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 2" (LED-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (Si - No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
6621	6.5	93.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Archivado

FIRMA MANTENIMIENTO: