



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma 01
Codigo: OAC-MS-PA-09
Versión: 3
Fecha Actualización: 11/10/2014
Página: 1 de 3

Fecha Recepción: 16/3/23, Remisión #: 101486, Apellido Mantenimiento: Santiago Moreno, No. Orden: []

Código Equip: NU-263B, Fecha Inicio: 16/3/23, Hora Inicio: [], Fecha Fin: 16/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [], NO [X], FECHA INICIO AISLAMIENTO: [], FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REEMPLAZO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE'.

Form with sections: 1. CILINDRO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES. Includes handwritten notes like 'Buenos' and 'Si'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for items like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Flujo +0 (Cama Regulada)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Activación de alarma de alto'.

Form with sections: PRUEBAS DE ALARMA, REGLAJES, FILTROS, BARRAS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'Aprobado' and a signature.