OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-008
Versión 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión: 24/3/23 | Remisión #: 182093 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-400 B | Fecha Inicio: 24/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 24/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADO/OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. IMPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (9 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LO-05)	REJILLAS (20 Vcc)	FILTROS (20 Vcc)	BASE (20 Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - VCC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - VCC)	RUEDAS (20 Vcc)	OBSERVACIONES
Si	38686.7	93.6	51		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L3-ES))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (9 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LO-05)	REJILLAS (20 Vcc)	FILTROS (20 Vcc)	BASE (20 Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - VCC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - VCC)	RUEDAS (20 Vcc)	OBSERVACIONES
Si	38694.6	49.2	51		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago