



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAC-MAN-FR-029
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha emisión: 25/3/23 Remisión: 192154

Auxiliar Mantenimiento: Santiago Merano

No. Orden:

Código Equipo: NN-2234 B Fecha Inicio: 25/3/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 25/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO			
FECHA	HANO	CLASE	TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPOSTO CAMBIADO	
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ASPECTOS DE MANTENIMIENTO

EN MANUTENIMIENTO	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES
			Desconexión (E-ES)	Pila (E-ES)	"Flujo a 0" (E-ES)				BASE (E-ES)	MANEJA (E-ES)	(E-ES)	
7127	6.5	94	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto

1. RUIDO EXTRAÑO	SI	No <input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena <input checked="" type="checkbox"/>	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena <input checked="" type="checkbox"/>	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
	Filtro Interco	1			
	Switch	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo/neutral)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (E0 Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de ventilador de alivio	Operar manualmente de ventilador de alivio de compresor	OK

EN MANUTENIMIENTO	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES
			Desconexión (E-ES)	Pila (E-ES)	"Flujo a 0" (E-ES)				BASE (E-ES)	MANEJA (E-ES)	(E-ES)	
7129	6.5	93	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Santiago Merano