ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-006
Versión 2	Fecha Actualización 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 27/03/23 | Remisión #: 102264 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moren | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3770B | Fecha Inicio: 27/03/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27/03/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CONTROL REPUESTOS OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO

FALLA	AÑO	CLASE BARR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROSTATICO (Psi)	PRESION (0-1 Pas)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo x 0" (Si/No)	RUEDILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BARR (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BARR (Si / NO)	BARRA (Si / NO)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
21209629	4.2	5i			Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	X		SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Ciclado Pila 6.8 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Flujos	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al de agua o fuente	Agudo
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de alarma de agua	Obstruir manguera de salida no cree de sumpaqui	Agudo
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROSTATICO (Psi)	PRESION (0-1 Pas)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo x 0" (Si/No)	RUEDILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BARR (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BARR (Si / NO)	BARRA (Si / NO)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
21209665	9.6	5x			Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]