OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAM-FR-006
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Tomado: 27/03/23 | Remisión #: 182764 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1153B | Fecha Inicio: 27/03/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27/03/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Fila	"Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 Pts)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Base (Si-No)	Manga (Si-No)	(Si-No)	
	6	6.5	93.2	Si	Si	Si	E-5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: X | Hulla | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X | Main

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Si | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser aguado o fuerte	Ayudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	acople plastico a tarro humificado	1		7 filtros catarrales	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E5)	Ok
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Ok
4	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Fila	"Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 Pts)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Base (Si-No)	Manga (Si-No)	(Si-No)	
	8	6.3	93.4	Si										Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]