



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10  
ORDEN DE MANTENIMIENTO  
Fecha Actualización: 11/02/18  
Página 1 de 2

Fecha Realización: 28/03/23, Formulario: 107361, Auxiliar: Santiago Herrera

Código Equipo: NV-4203, Fecha Inicio: 28/3/23, Fecha Fin: 28/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, OCASIONES, DESCRIPCION, CATEGORIA, ES REPORTE, REQUISITO CAMBIO. Includes a section for 'SEÑALES ADICIONALES (DATOS POR FOLIO)'. The table is mostly empty with some 'SI' and 'NO' entries in the 'ES REPORTE' and 'REQUISITO CAMBIO' columns.

Form section for 'Pruebas de Alarma'. Includes fields for 'PRUEBAS DE ALARMA' (Desconexión, Fuga, Flujo a 0), 'REGLAS', 'FLUJO', 'MASC', 'CÓDIGO DE BARRAS', 'RUEDAS', and 'OBSERVACIONES'. Handwritten notes include 'MTO' and 'BUENAS'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Estado Pila 2.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma'. Results are listed as 'SI', 'OK', 'OK', and 'Agudo'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÍRCULO, DESCRIPCIÓN, CANT. This section is currently empty.

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Contains test results for 'Pila a 0 (Clima Normal)', 'Pila Muestra', 'Desconexión eléctrica', and 'Activación de alarma visual'. Results include 'SI', 'OK', 'OK', and 'Café OK'.

Form section for 'Pruebas de Alarma' at the bottom, similar to the middle section. Includes handwritten notes and a signature 'A. Agudo'.