ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAG-MAN-PR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 29/3/23 | Remisión #: 1E 2957 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 2017100000143 | Fecha Inicio: 29/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 29/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DURO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLE DE ANORMALIDAD DADA POR PACIENTE:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	ODÓMETRO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (5l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-FB)	SELLOS (5l/m)	FILTROS (5l/m)	BASE (5l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51-140)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (56 - 140)	RUEDAS (5l/m)	OBSERVACIONES
	72654367		99.5	5l	5l	5l	E0	5l	5l	5l	5l	5l	5l	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Correct. Apoma: [X] | SI [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bien [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5l | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V.	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 5 (Cierre Automatico)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E0)	E0
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual / sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E0)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	ODÓMETRO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (5l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-FB)	SELLOS (5l/m)	FILTROS (5l/m)	BASE (5l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51-140)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (56 - 140)	RUEDAS (5l/m)	OBSERVACIONES
	72665266		94.5	5l	5l	5l	E0	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago