OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29/3/23 Remisión #: 82467 Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4115 Fecha Inicio: 29/3/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 29/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

DETALLE REPORTADO (DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN)

FALLA	SARP	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DE DAÑOS POR FACTENTE:

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HUMEDAD	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	Descripción	Pila	"Push o 0"	REJILLAS	FILTROS	MARC	CÓDIGO DE BARRAS BASE	CÓDIGO DE BARRAS MANILA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(%rh)	(8-7 PSI)	(95% - 90%)	(5l-4m)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-EO)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
26	190	68	95	5l	Si	Si	Es	Si	Si	Si	✓	✓	✓	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Genero Alarma: Si / No: Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas / Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena / Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.6 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apagado o fuerte	Apagado
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del Diagnóstico Identificado:

REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	switch	1			

PRUEBAS / SIMULACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Totalmente)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EO)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-EO)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión salida de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir totalmente el orificio de alivio del compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HUMEDAD	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	Descripción	Pila	"Push o 0"	REJILLAS	FILTROS	MARC	CÓDIGO DE BARRAS BASE	CÓDIGO DE BARRAS MANILA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(%rh)	(8-7 PSI)	(95% - 90%)	(5l-4m)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-EO)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
26	193	65	94	5l	Si	Si	Es	Si	Si	Si	✓	✓	✓	Apagado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]