



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: S45-AMM-FR-028
 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2019
 Página: 1 de 3

Fecha Remisión: 30/3/23 Remisión #: 107593 Auditor: Santiago Moreno
 No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: NN-533B Fecha Inicio: 30/3/23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 30/3/23

Equipo contaminado por posible plaga
 SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUESTO CAMBIADO
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIGIOMETRO	PRESION	ODOMETRO	FILLIOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RECUJAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a T" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	(SI-NO)			
	17506.4	97	51		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTU

1. CICLADO	2. ESTADO DE MANGUERAS	3. ESTADO DE MANGUERAS	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
			Bueno
5. DAÑOS IDENTIFICADOS			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0.2 Bar (Ejemplo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconectar tapas de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de alarma de alto	Chamar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIGIOMETRO	PRESION	ODOMETRO	FILLIOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RECUJAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a T" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	(SI-NO)			
	170546.3	95.9	51		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Santiago Moreno

INICIAL REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO
 RESPONSABLE DE SERVICIO
 INGENIERO TALENTO