

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO										
Fecha Realización: 21/5/23		Asesor Mantenimiento: Santiago Moreno		Código: SAG-MMA-FR-008		Revisión: 2										
Número #		Fecha Inicio Labor: 21/5/23		Fecha Actualización: 17/10/2019		Página: 1 de 3										
Código Equipo: NV-4425		Fecha Fin: 21/5/23		No. Orden												
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO									
FECHA FIN AISLAMIENTO																
SISTOMA: REPORTADO DEPRESION DE SERVIDOR	FALLA	SARD	CLASE SARD	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO									
						SI	No									
						SI	No									
						SI	No									
						SI	No									
						SI	No									
						SI	No									
DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE																
ÁRBITRO DE MANTENIMIENTO																
En Mantenimiento	HUBOMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a F" (SI-NO)				SI (SI-NO)	SI (SI-NO)	SI (SI-NO)			SI (SI-NO)
11827	6594			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Ganar Alarma		SI		Cuello								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Mater		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mater		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Subsecuente						
LISTA DE PRUEBAS																
No.	Prueba	Descripción										Resultado				
1	Estado Pila 8.5 V	Se verifica estado de la pila										ES				
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo										OK				
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo										OK				
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo										OK				
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte										OK				
6	Otros:															
7	Otros:															
Descripción del diagnóstico identificado																
REPUESTOS USADOS																
CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT											
PRUEBAS OPCIONALES PARA VERIFICACION DE LAS PARTES REALIZADAS EN CONCENTRADOR																
No.	Prueba / Situación	Descripción										Resultado				
1	Puja + 0 (Cierre Fugativo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)										ES				
2	Puja Manero	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)										OK				
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora										OK				
4	Desconexión lógica de flujo	Desconexión línea eléctrica										OK				
5	Activación de válvula de alivio	Observar mangueas de salida de aire de compresor										OK				
6	Otros:															
7	Otros:															
8	Otros:															
OBSERVACIONES																
En Mantenimiento		HUBOMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
11827	64938					SI	SI	ES				SI	SI	SI		
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>Santiago Moreno</i>																