ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAS-MAN-FR-005
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/12/2019
Página: 1 de 2	

Fecha Remisión: 4 5 23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mera | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1605 | Fecha Inicio: 3/12/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 3/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERARIO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (L1-L2-ES)	REJILLAS (El-No)	FILTROS (El-No)	BASE (El-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MO)	RUEDAS (El-No)	OBSERVACIONES
23496	3	95	5l		5l	Jl	ES	Jl	Jl	Jl	Jl	Jl	Jl	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Manguera								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	ES
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Cls
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Cls
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Cls
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO.	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 5 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	Cls
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	Cls
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Cls
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Cls
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (L1-L2-ES)	REJILLAS (El-No)	FILTROS (El-No)	BASE (El-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MO)	RUEDAS (El-No)	OBSERVACIONES
23496	3	95	5l		5l	Jl	ES	Jl	Jl	Jl	Jl	Jl	Jl	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: