# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Version: 2 | Fecha Actualizacion: 17/10/2016 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Remisión: 8/5/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Sandra Moreno | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-4769 | Fecha Inicio: 8/5/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 8/5/23

**EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA** SI [ ] NO [X] | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | **FECHA FIN AISLAMIENTO**

## SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

## DIAGNOSTICO TALLER

### PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6 - 7 PSI) | OXIGENO (95% - 98%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No) | Pila (SI - No) | "Flujo x 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI - No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15984 | 72 | | 95 | Si | Si | Si | Fa | Si | Si | Si | Si | Si | Si | MTO |

1. CICLADO 15984 Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: NO [X] | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Rotas [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento

### SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 9.5 V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK. |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Ok |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Ok |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Ok Agudo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

**Descripcion del diagnóstico identificado:**

### REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Switch | 1 | | | |

## LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | Ok. |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Ok |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | Ok |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Ok |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

## PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6 - 7 PSI) | OXIGENO (95% - 98%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No) | Pila (SI - No) | "Flujo x 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI - No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15984 | 72 | 6 | 95 | Si | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]