

Fecha Recepción: 8/5/23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: **Santiago Moreno** No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: **MN-271** Fecha Inicio: 8/5/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 8/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REQUISITO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ÁREA DE MANTENIMIENTO													OBSERVACIONES	
HORIZONTALIDAD	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
				Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 5" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)			
17143639551				SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		MTO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		NO	SI							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES													Buenas	
7. CONTROL DE TEMPERATURA							Buena	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apueto o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 2 (Cierre Fugones)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

ÁREA DE MANTENIMIENTO													OBSERVACIONES	
HORIZONTALIDAD	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
				Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 5" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)			
17143639551				SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: *Santiago Moreno*