

Fecha Remisión: **8/5/23** Remisión #:  Auxiliar Mantenimiento: **Santiago Moreno** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **NN-40120** Fecha Inicial: **8/5/23** Hora Inicio Labor:  Fecha Fin: **8/5/23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA  SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO:  FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO												OBSERVACIONES		
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BAZ (SI-NO)			MARKA (SI-NO)
	19741	6.4	939	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO
1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buenas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E1)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo) (L1-L3-E1)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA												OBSERVACIONES		
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BAZ (SI-NO)			MARKA (SI-NO)
	19744	6.4	925	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

APROBADO  
*[Firma]*