



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 8/5/23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: Santiago Merino No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NU-1051 Fecha Inicio: 8/5/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 8/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FACENTE'.

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, MARR, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'MTO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. (Empty table)

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Flujo = 0 (Cerrar Flujo)', 'Flujo Normal', 'Desconexión eléctrica'.

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, MARR, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado'.

SIGNA MANTENIMIENTO: [Signature]