ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-006
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión: 9/5/23 | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-427 | Fecha Inicio: 9/5/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 9/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	Si		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Ms)	FILTROS (5l - Ms)	BASE (5l - Ms)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MS)	RUEDAS (5l Ms)	OBSERVACIONES
	13014	63	94	5l	5l	5l	Es	5l	5l	5l	5l	5l	5l	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Sucio		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5l		Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Aguda
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta flujo	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 98%)	FLUJOMETRO (5l Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Ms)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Ms)	FILTROS (5l - Ms)	BASE (5l - Ms)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MS)	RUEDAS (5l Ms)	OBSERVACIONES
	13016	63	97	5l	5l	5l	Es	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno