

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO		
Fecha Remisión: 9/5/23		Remisión #		Asistir Mantenimiento: Santiago Morano		No. Orden		
Codigo Equipo: N.V.-369		Fecha Inicio: 9/5/23		Hora Inicio Labor		Fecha Fin: 9/5/23		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI		NO		FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION			CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
								SI No
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE								
AREA DE MANTENIMIENTO								OBSERVACIONES
En Mantenimiento		PRESION		FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA		MTO
HOROMETRO	OXIGENO	DESCONEXION		FUGA		REJILLAS	FILTROS	
1454066	96	5	1	1	ES	1	1	
1. EXCLUIDO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI No		3. ESTADO DE MANGUERAS		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI
SET DE PRUEBAS								Resultado
No.	Prueba	Descripcion						
1	Estado Plu S.S.V	Verifica voltaje de la pla						5U
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo						OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo						OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte						OK
6	Otros							
7	Otros							
Descripcion del diagnóstico identificado								
IMPUESTOS UNIDAD								
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT			
PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR								
No.	Prueba / Simulación	Descripcion						Resultado
1	Fuga + 2 (Cama fugametro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)						OK
2	Fuga Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)						OK
3	Desconexión eléctrica	Adhesión alarma sonora						OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica						OK
5	Activación de válvulas de alote	Desafiar manguera de salida de aire de compresor						OK
6	Otros							
7	Otros							
8	Otros							
OBSERVACIONES								
En Mantenimiento		PRESION		FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA		Aprobado Santiago Morano
HOROMETRO	OXIGENO	DESCONEXION		FUGA		REJILLAS	FILTROS	
14542819	65	1	1	1	ES	1	1	
FIRMA MANTENIMIENTO								