OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FM.009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 11/5/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Sant iago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-4345 | Fecha Inicio: 11/5/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 12/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-4Ltr)
10240	6794.4			5

PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4Ltr) | Pila (0-4Ltr) | "Flujo a 0" (LO-ES)

REJILLAS (0- 4Ltr)	FILTROS (0- 4Ltr)	BASE (0- 4Ltr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (00 - 06)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (00 - 02)	RUEDAS (0-4Ltr)

OBSERVACIONES: MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No [ ] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [ ] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [ ] | Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Cambio poder	1			
	filtros centrales	2			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-4Ltr)
10241	6795	5	1	ES

PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4Ltr) | Pila (0-4Ltr) | "Flujo a 0" (LO-ES)

REJILLAS (0- 4Ltr)	FILTROS (0- 4Ltr)	BASE (0- 4Ltr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (00 - 06)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (00 - 02)	RUEDAS (0-4Ltr)
Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago