ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10/5/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: | Fecha Inicio: 10/5/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	Pila (5V-Hz)	"Flujo a 0" (LLI-03)	REJILLAS (5V-Hz)	FILTROS (5V-Hz)	BASE (5V-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - HZ)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - HZ)	RUEDAS (5V-Hz)	OBSERVACIONES
	13255	6594	91	5l	5l	5l	115	5l	5l	5l	5l	5l	5l	MTO

1. CICLADO: | Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: No [ ] | Si [ ] | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo 0 lt (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	Pila (5V-Hz)	"Flujo a 0" (LLI-03)	REJILLAS (5V-Hz)	FILTROS (5V-Hz)	BASE (5V-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - HZ)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - HZ)	RUEDAS (5V-Hz)	OBSERVACIONES
	13260	6935	51											Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: