



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 DAD-MA-PP-008
 Versión: 2
 Fecha Actualización: 11/03/2019
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: 13/05/20 Fecha Revisión a: Auxiliar Mantenimiento: Santiago Marino No. Orden:

Código Equipo: NN-383 Fecha Inicio: 13/05/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 13/05/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IS. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

HONORIMETRO (No)	PRESION (kg/cm²)	OXIGENO (%)	FLUJOMETRO (l/min)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
				Desconexión (SI-NO)	Fuga (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	MARCA (SI-NO)		
15149568	5	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTC	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Generó Alarma

2. RUIDO EXTRAÑO: SI No 3. ESTADO DE MANGUERAS: SI No 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI No

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Burnas 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5 8. Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otras		Agudo
7	Otras		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Dama Fugametro)	Se verifica activación de alarmas SL - LD - DS	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión (corte de flujo)	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Control (resguardo de salida de aire de compresor)	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

HONORIMETRO (No)	PRESION (kg/cm²)	OXIGENO (%)	FLUJOMETRO (l/min)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
				Desconexión (SI-NO)	Fuga (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	MARCA (SI-NO)		
1514565998	1	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APR 2023	

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*