ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	CAD.MAN-FR-XXX
Versión 2	Fecha Actualización 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	25/04/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Mora	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3960	Fecha Inicio	25/04/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	5/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-E5)	(Si- No)	(Si- No)	(Si- No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(Si-No)	
En Mantenimiento	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(90% - 99%)	(Si-No)										MTC
	17204	6	94	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	Si	—	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	87% Ajuste Tapa Biela Amerilla.											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	3 veces		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	8,	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Cio
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agu
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UBADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Regulador	1			
	TAMICES	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Cio
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Cio
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)		
En Mantenimiento	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(90% - 99%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-E5)	(Si- No)	(Si- No)	(Si- No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(Si-No)	
	17212	6	39	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner