ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	DAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 16/09/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-39788 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Nx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Nx)	Pila (5l-Nx)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l- Nx)	FILTROS (5l- Nx)	BASE (5l - Nx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - NO)	RUEDAS (5l-Nx)	OBSERVACIONES
	4822	6.3	95.8	SI	SI									

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: No [ ] Si [ ] Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [ ] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [ ] Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Nx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Nx)	Pila (5l-Nx)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l- Nx)	FILTROS (5l- Nx)	BASE (5l - Nx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - NO)	RUEDAS (5l-Nx)	OBSERVACIONES
	4823	6.3	96.1	51	51									

FIRMA MANTENIMIENTO: