



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 OMI-MAN-FR-008  
 Versión 2  
 Fecha Actualización: 13/12/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: **17/05/23**

Remisión #

Auxiliar Mantenimiento

No. Orden

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: **UN-4006A** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

## DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
14724	66	93.7	51										

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Genero Alarma:  No  Si Cuel?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si  No  3. ESTADO DE MANQUERAS: Buena  Mala  4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena  Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba ( Simulación )	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (LL - LD - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-CE-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión segura de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de vibrato de alarma	Observar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
14728	65	93.3	51	SI									

FIRMA MANTENIMIENTO: