



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SADMAN-FR-008
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 01-11-23 Revisado # [] Asesor Mantenimiento: Jovico Ayudelo No. Orden: []

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-40913 Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: PLAGA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, RESULTADO CAMBIADO. Includes a section for 'SEÑALES ADICIONALES DADO POR PACIENTE'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estrés Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: TARJETA FIUJO 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Flujo = 5 (Cierre fugas)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de flujo'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten number 95.