OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MMM-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	01-11-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1239 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Tornillos Alargados	4		Si		No	
			Arandela o tornillo alargado	1		Si		No	
			Cambio de Resorte que Sostiene el Vaso Humificador Por desgaste	1		Si		No	
			Filtros laterales Por desgaste	2		Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	18977	6.3	94.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba — Generó Alarma: No — Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas — Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Fuga Por las Valvulas de Ciclos

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena — Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

ACTIVIDADES USADAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Swch de apagado y encendido	1		Pila Sonora	1
	Kit Manguera de tamizes	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión rejilla de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	18979	6.4	928	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO