ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 01-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JORGE AGUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1605B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ☐ NO ☐ | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

OBTENIDA TERMINADO / OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Falla Central Por desgaste	1		Si ☐ No ☐
			Fallas Laterales Por desgaste	2		Si ☐ No ☐
						Si ☐ No ☐
						Si ☐ No ☐
						Si ☐ No ☐
						Si ☐ No ☐
						Si ☐ No ☐

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 lpm)	FILTROS (5 lpm)	BASE (5 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 10)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - 10)	RUEDAS (5 lpm)	OBSERVACIONES
	9532	6-3	93.5	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No ☐ Si ☐ Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI ☐ No ☐ | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas ☐ Malas ☐ | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno ☐ Malo ☐

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras de Tensiones Rotas

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno ☐ Con Sobrecalentamiento ☐

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	5l
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	5l
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	5l
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	5l
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	5l
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Mangueras de Tensiones	1			
	Kit Manguera Tensiones O2	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	5l
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	5l
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	5l
4	Desconexión tensión de flujo	Desconexión línea eléctrica	5l
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	5l
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 lpm)	FILTROS (5 lpm)	BASE (5 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - 10)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - 10)	RUEDAS (5 lpm)	OBSERVACIONES
	9533	63	95	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO: