

Fecha Remisión: **01-11-23** Remisión a: **JONIER A. DUDICHO** No. Orden: _____
 Auxiliar Mantenimiento: **JONIER A. DUDICHO**

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MM-3189B** Fecha Inicial: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	Q. SERVICIO	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				0000	0001		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	2170266	6956	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Generó Alarma	SI	NO	2. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	3. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
3. DAÑOS IDENTIFICADOS										
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES										
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica corrosión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fucha	SI
6	OTRO:		
7	OTRO:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGUERA TAMIZES	1	PILA		1
Kit	MANGUERA TANQUE CARGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (S1 - LD - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED amarillo y (S1-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de sensor de agua	Obtención temprana de salida de aire de compresor	SI
6	OTRO:		
7	OTRO:		
8	OTRO:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				0000	0001		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	2170267	963	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO