ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 01-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JAVIER ARDILA | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2275B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA PERIFERICO (OPERACION DE SERVICIO)

FALLA	BIEN	CAMBIADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. PENDIENTE	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO CENTRAL DOBATE	1		SI	NO
			FILTRO LATERALES DOBATE	2		SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

SISTEMA CONCENTRADOR DE OXIGENO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	Pila (SI / No)	"Flujo a 0" (LS-LD-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	BARRA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
9487	64	84	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA 7.84

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGERA TAMIZES	1			
Kit	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

PRUEBAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	SI
2	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida no sea de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

Se Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	Pila (SI / No)	"Flujo a 0" (LS-LD-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	BARRA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
9488	64	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: