

Fecha Remisión: **01-11-23** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento **JONKER ANDRÉS** No. Orden:

Código Equipo: **MW-1593** Fecha Inicia: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	O. BARRAS	RESULTADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Descripción			REGULAS	FILTROS	BASE	Códigos de Barras					
					(SI-NO)	PSI (SI-NO)	"Flujo a 0"	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)				MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)
12281	6.4	95.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma		Si											
2. RUÍDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas											
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
1	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
1	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
1	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
1	Otro:		
1	Otro:		

Descripción del dispositivo identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
Kit	MANGUERAS TAMIZES	1			
Kit	MANGERA TANQUEOTIGRHO				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - B3)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-B3)	SI
1	Detención eléctrica	Activación alarma sonora	SI
1	Conexión de prueba de Fuga	Desconecta línea eléctrica	SI
1	Activación de válvula de aire	Cerrar manguero de escape de aire de laboratorio	SI
1	Otro:		
1	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Descripción			REGULAS	FILTROS	BASE	Códigos de Barras					
					(SI-NO)	PSI (SI-NO)	"Flujo a 0"	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)				MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)
12283	6.3	95.1														

FIRMA MANTENIMIENTO