ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAM-FR-004
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 02-1123 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Jonice Alvarado | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-26193 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORMA IMPORTADO O PERIODO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLAVE DIAG	DESCRIPCION	CANTIDAD	C. RENGLÓN	REPUESTO CARGADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL TECNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (40% - 60%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Vac)	Pila (30 Vac)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Vac)	FILTROS (30 Vac)	BASE (30 Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	MANIJA (30 - 60)	RUEDAS (30 Vac)	OBSERVACIONES
	22469	65	948	S.	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS REALIZADAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	S1
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S1
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S1
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S1
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S1
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Suiuis de encendido	1			

PRUEBAS DE SEGURIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	S1
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	S1
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	S1
4	Desconexión tenjta de flujo	Desconexión linea eléctrica	S1
5	Activacion de valvula de alivio	Observar manguera de salida no sea se comprimida	S1
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (40% - 60%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Vac)	Pila (30 Vac)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Vac)	FILTROS (30 Vac)	BASE (30 Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	MANIJA (30 - 60)	RUEDAS (30 Vac)	OBSERVACIONES
	22476	4	95	1	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	

FIRMA MANTENIMIENTO: