



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-PR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/03/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 02-11-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: Javier Aguado No. Orden:

Código Equipo: NN-44663 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, ORIGEN, CLASE, ORIGEN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI, RESCATE, SI, RESCATE, REINICIO, SI, RESCATE. Handwritten entry: CABLE de Poder POR DESGASTE 1

DETALLES ADICIONALES DADO POR PACIENTE:

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBREO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), BUELLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes test results for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for: Estado Pila S.S.V., Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains test results for: Flujo = 0 (Cierre Submetros), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión lejana de Rojo, Almacenamiento de energía de alarmas.

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBREO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten entry: 17028 64 95 9 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51 TIENE MANTENIMIENTO