



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-AMMFR-003
 Versión: 2
 Fecha Actualización: 13/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **02-11-23** Remite: # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JANIRA AVALOS** No. Orden: _____

Código Equipo: **NW-97613** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio: **JANIRA** Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLACA	DAÑO	CONTAMINADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					RUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 1"	BASE	MARRA				MARRA	BI-NO			
															(SI-NO)		
	17227	65	95-4	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Genera Alarma	No	SI	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión hidráulica	Se verifican las conexiones hidráulicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					RUELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 1"	BASE	MARRA				MARRA	BI-NO			
															(SI-NO)		
	17229	63	95-5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		PRIMA MANTENIMIENTO	