



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-MAN-FR-06
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/03/19
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: **02-11-23** Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-1838B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPARADO	REEMPLAZADO
FALLA:	DESCRIPCIÓN						
	Filtro Central por desgaste					1	SI
	Filtro lateral por desgaste					2	SI
							SI
							SI
							SI
							SI
							SI

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PAGINTE

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DESGASTE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE			RUEDAS			
					DE-NO	PIA	"Fuga a 0"				BASE	MARLO	RUEDAS				
25669	6.3	95.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generad. Alarma		No		SI		Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mala	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		Fuga por las ventanillas de ciclos															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Pade	1		Pila Danada	1
	Kit Humidura Tumbler	1		Manguera en tanques O2	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre neumático)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S.O.L.D-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión leve de fuga	Desconexión traza eléctrica	SI
5	Activación de señal de alarm	Obstrucción manguera de salida de aire en compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DESGASTE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE			RUEDAS			
					DE-NO	PIA	"Fuga a 0"				BASE	MARLO	RUEDAS				
25666	6.7	95.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FORMA MANTENIMIENTO