OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-008
Version: 2 Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 4-11-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Jorge Mendoza | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3517B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

REPORTE DE FALLAS, DAÑOS Y CAUSAS DE DAÑOS (REGISTRO OPERACIÓN DESPUES DE MANTENIMIENTO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	Pila (30 lts)	"Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (30 - 90)	FILTROS (30 - lts)	BASE (30 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 90)	MANGA (30 - lts)	RUEDAS (30 lts)
	19153	6.5	88	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA 88

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento

OBSERVACIONES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se ajusta o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGERAS TAMIZES	1		PIZA	1
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fugómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LS - ES)	Si
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LI-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	Si
4	Desconexión terminal de flujo	Desconecte linea plastica	Si
5	Activación de rejillas de aire	Obstruir manguera de salida no aire de ventilador	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	Pila (30 lts)	"Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (30 - 90)	FILTROS (30 - lts)	BASE (30 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 90)	MANGA (30 - lts)	RUEDAS (30 lts)
	19156	6.4	95.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

FIRMA MANTENIMIENTO: