



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAN-FR-028
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: **8-11-23** Remisión a: [] Auxiliar Mantenimiento: **JANICE A. WILCO** No. Orden: []

Código Equipo: **NN-700B** Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	TORNO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPOSICION	REPOSICION
			FILTRO LATERAL FALTANTE	2		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 0"				BARRA	BARRA	BARRA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
12822	6.5	95.4	5.1	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No		SI			Cuel?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala	
5. DATOS IDENTIFICADORES															
FUGAS EN TUBO DE REFRIGERACION															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena															
Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
4	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pupa = 3 (Carra Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E3)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sensor LED Rojo y LED amarillo (LL-L3-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión térmica de fuga	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Clasificación rangos de salida de aire de combustible	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 0"				BARRA	BARRA	BARRA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
12824	63	95.6	5.1	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO